

2017年 6月 29日

お客様各位

土層強度検査棒のベーンコーンとトルクレンチ
他社製品と同一規格 販売開始について

応用地質株式会社
計測システム事業部

拝啓 貴社、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社では、土木研究所様監修の元、本製品の販売をしております。しかしながら、当社製品をご利用頂いておりますお客様より「他社の同種製品と規格を統一した方が利用者にとって解りやすくなるのではないか」とのご意見を頂きました。これを受けて社内にて検討した結果、今後当社にて販売する製品については「ベーンコーンとトルクレンチ」を他社製品と同等の規格で販売することに致しましたのでお知らせ致します。

また、これまでご利用いただいたトルクレンチは、指示値が実際より若干小さく表示されることが判明しました。本件についてお詫びを申し上げるとともに、補正方法をご連絡致します。なお、このトルクレンチは、経験式法を用いた場合には、計測誤差が生じます。しかし、土木研究所が推奨している相関式法を用いた場合は、粘着力および内部摩擦角の算定には影響致しません。

記

1. 販売開始時期 2017年 7月 18日 出荷より

2. 留意事項
 - ① 既にご購入いただいた本製品のご使用にあたっては、トルクレンチの指示値に1.08倍を掛けてご使用いただきますようお願い致します。(相関式法においては影響ありませんのでそのままの指示値をご使用ください。)
 - ② 弊社従来規格品のベーンコーンやトルクレンチをお求めの場合にはお早めにご連絡ください。

3. 本件に対しての問い合わせ先
 応用地質(株) 計測システム事業部 サービス開発部 迄
 TEL : 029-851-5078 FAX : 029-851-7290