

2022年5月9日

お客様 各位

応用地質株式会社  
計測システム事業部

旧型 S&DL mini 用データトラッパー(MODEL4811)ご利用についての注意点

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

誤って上記モデルを使い**新型 S&DL mini(MODEL4900)とケーブルキットを接続してデータ回収を行った際、青い点滅せずに約1分後に最終的に赤ランプが表示**します。

上記症状が確認された場合には、まずは弊社担当者までご一報をお願いいたします。

お手数ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力のほどよろしくをお願いいたします。

なお、今後につきましては**新型データトラッパー**をご利用くださいますようお願いいたします。

本件の問い合わせ先  
計測システム事業部 サービス開発部  
029-851-5026  
[seihin@oyo.jp](mailto:seihin@oyo.jp)