

2023年10月26日

お客様 各位

応用地質株式会社
計測システム事業部

MODEL4900 および MODEL4910 の予約測定機能について

平素は当社水位計「S&DL mini シリーズ」をご利用いただき誠にありがとうございます。

既にリリースしております「S&DL mini MODEL4900」および「S&DL mini EC メータ MODEL4910」につきまして、「予約測定」機能について下記事象が確認されました。

確認された内容

設定ソフトウェアの「予約測定」において「手動時刻設定」で測定を開始したい任意の日時を設定できますが、この機能が正しく機能せずに28日後から計測を開始してしまう。(例：10月1日に現場にいき、来年の1月1日から計測を開始という設定を行ったが、実際には10月29日から計測を開始してしまう。)

また、その後回収した最初のデータのタイムスタンプは、本来であれば10月29日のタイムスタンプが付くはずであるが、1月1日のタイムスタンプがついてしまいがちのデータもそこから起算したタイムスタンプがついてしまう。

現在内蔵プログラムの改修を進めております。お客様におかれては当面の間「予約測定」をご利用の際は28日以内の設定をお願いいたします。

ご不便をおかけいたしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。

本件のお問合せ先

計測システム事業部
サービス開発部
品質管理部
TEL 029-851-5078